

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**  
**на расходные материалы для Stellant CT S, Sx**

1.	SSS-LP-60 Наборы полимерные вспомогательные одноразовые стерильные к емкостям полимерным стерильным одноразовым, для рентгеноконтрастных веществ к устройству для внутривенного введения Stellant CT S, Sx.	Наличие
2.	Длина, не менее	152 см
3.	Материал изготовления: - коннектора - трубки - защитного колпачка	поликарбонат поливинилхлорид полипропилен
4.	Комплектация: - трубка соединительная низкого давления - трубка для сбора излишков контраста	Наличие
5.	Максимальное расчётное давление, не менее	400psi \ 2 750 кПА
6.	Предельная скорость введения контрастного вещества, не менее	10,0 мл/с
7.	Количество в упаковке, не менее	50 шт/уп
8.	Срок годности с момента даты стерилизации, не менее	4 года
9.	Возможность повторного использования	Одноразовая
10.	Стерилизация	Фабричная
11.	Индивидуальная упаковка, стерильная	Наличие
12.	Год выпуска, не ранее	
13.	Декларация о соответствии	Наличие
14.	Регистрационное удостоверение	Наличие

В руководстве по эксплуатации инъекционной системы Stellant D CT на страницах 1-8, 2-11, 3-27, 3-28, 3-31, 3-32, 3-35, 5-55 четко указано, что применяются шприцы (Stellant) и одноразовые компоненты произведенные или предусмотренные компанией MEDRAD.

В связи с этим и на основании статьи 33 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05 апреля 2013 года указывается производитель и конкретное исполнение полимерных емкостей.

**Статья 33. Правила описания объекта закупки**

1. Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами:

1) описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описании объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки. Документация о закупке может содержать указание на товарные знаки в случае, если при выполнении работ, оказании услуг предполагается использовать товары, поставки которых не являются предметом контракта. При этом обязательным условием является включение в описание объекта закупки слов "или эквивалент", за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование;